

**ОБҐРУНТУВАННЯ**  
**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного**  
**призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Підстава для публікації обґрунтування:** Інформація оприлюднюється на виконання пункту 4-1 Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів».

**Мета проведення закупівлі:** для забезпечення діяльності Львівського НДЕКЦ МВС у 2024 році.

**Замовник:** Львівський НДЕКЦ МВС

**ЄДРПОУ:** 25575150

**Вид процедури:** відкриті торги з особливостями

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-01-19-009747-a

**Предмет закупівлі:** Послуги з сервісного обслуговування хроматографічного та допоміжного обладнання, а саме: генератора Peak Scientific

Класифікація за кодом ДК 021:2015:50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

**Очікувана вартість предмета закупівлі: 45 000,00 грн (сорок п'ять тисяч 00 коп.) з ПДВ.**

Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020.

Ціна включає витрати на: транспортування, завантаження та розвантаження, страхування, витратні матеріали, які потребують заміни в результаті надання послуг, оплату роботи працівників та інші витрати, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) тощо.

**Кількість послуг та місце їх надання Місце: 79040, м. Львів, вул. Конюшинна,24**

**Кількість – 1 послуга.**

**Строк надання послуг До 29.02.2024 року.**

Вимоги до предмета закупівлі.

Орієнтовний обсяг послуг який необхідно надати разом з необхідними для заміни запчастинами, наведено у таблиці :

**Таблиця 1\***

№	Назва та опис послуг	Кількість	Вимоги
1	Послуги з сервісного обслуговування хроматографічного та допоміжного обладнання, а саме: генератора Peak Scientific	1 шт.	
1.1	Діагностика приладу		Відповідність
1.2	Осушування фільтра вологи		Відповідність
1.3	Заміна іонообмінного фільтру		Наявність/ Відповідність
1.4	Заміна насоса подачі води KNF60 24Vdc		Наявність/ Відповідність
1.5	Скидання сервісних лічильників		Відповідність
1.6	Остаточна перевірка працездатності приладу		Відповідність

19.01.2024 року